

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Per la ditta

*Nome ditta*

## DEI COMPONENTI RIVESTITI IN PVD DESTINATI ALL'USO NEL SETTORE BIOMEDICALE

Dato il rapporto di analisi N° REL/1175/2017/CITO/ELB del 31/05/2017 del laboratorio certificato Abich srl

Vacuum Surtec srl sita in San Polo di Torrile (PR)  
dichiara

che il rivestimento PVD TiN depositato su provini in AISI 316L  
(40x20x10 mm)

## NON È CITOTOSSICO IN CONFORMITÀ CON LO STANDARD

ISO 10993-5:2009 - Biological evaluation of medical devices -  
Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity

La non-citotossicità è stata analizzata qualitativamente tramite test MTT con fibroblasti murini coltivati in monostrato, per la valutazione della biocompatibilità con la pelle e le mucose.

Vacuum Surtec srl  
Azienda certificata ISO 9001:2008

Data:  
05/06/2017